

广州医科大学装备中心

广州医科大学实验室安全整改通知书 (生科院)

装备中心〔2019〕01-5号

为进一步加强学校实验室安全管理，保障学校和师生的生命财产安全，根据教育部科技司《关于开展2018年度高等学校科研实验室安全检查工作的通知》（教技司〔2018〕254号）的文件精神，装备中心12月16-28日对番禺校区及越秀校区的教学和科研实验室开展了实验室安全大检查工作，全面了解各实验室安全的管理现状。

我中心发现生科院尚存在一些问题需要整改：

1. 健全贵重仪器的使用记录，乙醇不宜大量存放。
2. 高压消毒装置存在非专人使用情况。

序号	实验平台（中心）	安全问题
1	呼吸生理学实验室	试剂放置不合理；浓硫酸没有按照易制毒要求存储。
2	公共细胞培养室	气瓶未固定。

请生科院严格按照《广州医科大学实验室安全管理制度》进行规范化管理并做出整改，我中心将不定期进行复查。

装备中心
2018年11月4日