

广州医科大学装备中心

广州医科大学实验室安全整改通知书 (药学院)

装备中心〔2019〕01-6号

为进一步加强学校实验室安全管理，保障学校和师生的生命财产安全，根据教育部科技司《关于开展2018年度高等学校科研实验室安全检查工作的通知》（教技司〔2018〕254号）的文件精神，装备中心12月16-28日对番禺校区及越秀校区的教学和科研实验室开展了实验室安全大检查工作，全面了解各实验室安全的管理现状。

我中心发现药学院尚存在一些问题需要整改：

1. 大型仪器设备不要用插板串联，存在超负荷的安全问题。
2. 气瓶管理两极分化，有部分使用气瓶柜，但是大部分气瓶无固定装置且大量堆放。
3. 易燃易爆试剂散在各实验室内堆放，建议规范化集中管理。
4. 大量废液积存急需解决；而且每天源源不断的产生。
5. 部分实验室分区不合理。
6. 检查期间看到老鼠游走在仪器室内，要做好灭鼠、防鼠工作。

序号	实验平台(中心)	安全问题
1	分子与临床药理研究所	1. 准备间有较多大桶 95%酒精库存; 2. A2-648 冰箱使用插线板; 3. A2-644 实验室大型贵重仪器 MR 玻璃房缺口要密封, 防止老鼠进入损坏仪器; 4. A2-642 气瓶未固定。
2	药物研发中心	1. 学生在实验室办公; 2. 走廊垃圾箱发现口罩、冻存管。
3	药物化学系实验室	1. 走廊垃圾间发现大量环己烷空罐; 2. A1-527 房垃圾未分类, 杂物太多; 3. A1-520 气瓶未固定, 化学试剂未入柜; 4. 酸缸未标注, 未放在安全的地方; 5. A1-523 仪器未开箱, 气瓶未固定; 6. 废液未粘贴标签, 一堆空瓶未见到标识。 7. A1-524 大量锥形瓶放在柜顶, 易跌落破碎伤人; 杂物多; 实验室发现学生饮水杯、书包、手机等个人物品; 8. A1-526 实验室易燃、易爆品未入柜; 氨水未放入防腐蚀柜内; 9. A1-527 实验室垃圾未分类, 乙酸乙酯易燃未入柜, 柜顶放置杂物、插排, 废液太多; 10. A1-529 环乙烷空桶未清晰标记是否为废液桶; 石油醚未安全存放; 柜顶有散放的玻璃器皿; 实验台堆放大量试剂

		剂瓶；阿拉丁品牌的易燃品试剂未入柜；烤箱顶放置化学试剂。11. A1-532 甲醇、乙醇、二氯甲烷等易燃品未入柜。
4	药理学系药理实验室	1. 多个（9个）气瓶堵住安全门，而且未固定；2. 检查期间试剂柜上锁，且用报纸遮挡；3. 易燃试剂未入柜，柜顶放置太多纸箱杂物，学生的饮用品放在实验室。
5	蛇毒与生物毒素研究所	气瓶未固定；学生自习区未与实验室间隔。
6	药学实验教学中心	1. 药库：①试剂标签模糊，试剂过期；②试剂柜内发现爆瓶、破瓶试剂；破损的危化品未及时清理；③防爆柜半开、未上锁；仅放置少量试剂，未充分利用，剧毒柜闲置，未锁；另一个药库房间无专业的排风系统，大量挥发性试剂放在地上。2. A1-235 实验室管网有积水。

请药学院严格按照《广州医科大学实验室安全管理制度》进行规范化管理并做出整改，我中心将不定期进行复查。

