

广州医科大学装备中心

广州医科大学实验室安全整改通知书 (基础学院)

装备中心〔2019〕01-1号

为进一步加强学校实验室安全管理，保障学校和师生的生命财产安全，根据教育部科技司《关于开展2018年度高等学校科研实验室安全检查工作的通知》（教技司〔2018〕254号）的文件精神，装备中心12月16-28日对番禺校区及越秀校区的教学和科研实验室开展了实验室安全大检查工作，全面了解各实验室安全的管理现状。

我中心发现基础学院尚存在一些问题需要整改：

1. 防毒面具应固定位置摆放。
2. A2-504 机房加装遮光窗帘；学生上课时空调负荷不足，建议增加空调。

序号	实验平台（中心）	安全问题
1	肿瘤学研究平台	1. 插排使用不规范；2. 室内存在大量杂物。
2	UPS 研究平台(蛋白质修饰及降解重点实验室)	1. 试剂架上有危化品（未入柜）；2. 部分学生在实验室内饮水；3. 细胞房气瓶未固定；4. 乱插暖炉。

3	心血管研究平台	1. 学生办公区与实验区未分割; 2. 生活冰箱紧挨实验用冰箱; 3. 试剂未入柜; 4. 气瓶未固定。
4	神经科学平台	
5	科研共享平台	
6	生物医学工程实验中心	1. 电源线、网线, 强电弱电未分开, 布线混乱; 2. 室内有大量杂物; 3. 部分气瓶未固定; 4. 大包装化工材料存放在实验台下面, 无单独分隔存放; 4. 大量危化试剂未入柜; 5. 废液未标注。
7	机能学实验中心	1. 没有放置生物垃圾的医疗垃圾桶; 2. 急救箱内的药品过期; 3. 药柜标签不清晰, 使用过的目录未及时更换。
8	形态学实验中心(病理组胚)	报废的显微镜占用场地。
9	形态学实验中心(病原学)	微生物菌种使用未备案; 学生实验防护用品不足。
10	形态学实验中心(大学生创新实验室)	建议增加实验室的排风系统。
11	人体解剖学实验室	仓库大量试剂摆放散乱, 未归类放置。

请基础学院严格按照《广州医科大学实验室安全管理制度》进行规范化管理并做出整改, 我中心将不定期进行复查。

