

广州医科大学装备中心

广州医科大学实验室安全整改通知书 (口腔医学院)

装备中心〔2019〕01-9号

为进一步加强学校实验室安全管理，保障学校和师生的生命财产安全，根据教育部科技司《关于开展2018年度高等学校科研实验室安全检查工作的通知》（教技司〔2018〕254号）的文件精神，装备中心12月16-28日对番禺校区及越秀校区的教学和科研实验室开展了实验室安全大检查工作，全面了解各实验室安全的管理现状。

我中心发现口腔医学院尚存在一些问题需要整改：

序号	实验平台（中心）	安全问题
1	口腔医学实验教学中心	插线板超负荷的安全隐患；酒精未入柜；没有安全面罩，消防急救设施。
2	口腔医学重点实验室	生物安全柜堆放物品；大桶酒精在实验台，酒精放在试剂架，未入柜。

请口腔医学院严格按照《广州医科大学实验室安全管理制度》进行规范化管理并做出整改，我中心将不定期进行复查。

